Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Analisador de Gases Respiratórios/Hemogasômetro

Item

718

Sinônimos

Hemogasômetro / Analisador de Gases Respiratórios

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Hemogasômetro, equipamento que permite a análise dos principais gases do sistema respiratório tais como oxigênio e gás carbônico. É vedada a configuração com gases anestésicos, assim como o equipamento de ergoespirometria.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 57.588,00

Analisador de pH e gases com calibração automática. Possui display gráfico. Possui software com rotinas de manutenção e teste. Parâmetros: pH, pCO2, HCO3, TCO2, BE, SO2, O2cont, A, AaDO2, a/A. Volume de amostra: 100 µL ou menor. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Além da descrição básica, deve conter características e informações referentes ao volume mínimo da amostra, indicar quais são os parâmetros medidos e quais são os parâmetros calculados. Descrever o painel de comando tecnicamente, tipo de eletrodo utilizado, softwares e demais recursos técnicos que agreguem valor ao equipamento. É vedada a configuração com gases anestésicos, assim como equipamento de ergoespirometria.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	http://www.socram.com.br	(62)39464866

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**